

# Zertifikat

## Biokompatibilität

**Testmaterial:** Patientenarmband „ThermoUltraSoft“

**Auftraggeber:** Diagramm Halbach GmbH & Co. KG  
Am Winkelstück 14  
58239 Schwerte

**Methoden:** Die folgenden Untersuchungen zur Prüfung auf biologische Verträglichkeit wurden auf der Basis der ISO 10993-1:2009, ISO 10993-10:2010 und ISO 10993-12:2007 durchgeführt:

### **Prüfung auf Hautverträglichkeit**

Akute Dermale Irritation

**Bericht:** B0140/14

**Ergebnis:** Das Testmaterial zeigte keinen Hinweis auf Hautreizung und Hautkorrosion und wird in die niedrigste Reaktionskategorie eingestuft.

**BMP Labor für medizinische Materialprüfung GmbH**  
Pauwelsstr. 19  
52074 Aachen

**Datum:** 21. Juli 2014



**Dr.-Ing. Ute Müller**  
Prüflaborleiterin



Akkreditiert durch  
Zentralstelle der Länder  
für Gesundheitsschutz  
bei Arzneimitteln  
und Medizinprodukten  
ZLG-P-585.00.08