



Labor für medizinische Materialprüfung GmbH

Pauwelsstraße 19  
52074 Aachen  
Tel.: +49 (0) 241/9632390  
Fax: +49 (0) 241/9632391  
e-mail: info@bmp-aachen.de  
Internet: www.bmp-aachen.de

# Zertifikat Irritation

**Testmaterial:** Folie für Patientenarmbänder  
Laserband

**Auftraggeber:** Diagramm Halbach GmbH & Co. KG  
Am Winkelstück 14  
58239 Schwerte

**Methoden:** Die folgenden Untersuchungen zur Prüfung auf biologische Verträglichkeit (Biokompatibilität) wurden auf der Basis der DIN EN ISO 10993-10:2007 (ISO 10993-10:2002 + Amendment 1: 2006), der ISO 10993-1:2009 und ISO 10993-12:2007 durchgeführt:

**Gewebeverträglichkeit (Intrakutane Reaktivität)**

**Bericht:** B0246/09

**Ergebnis:** Das Testmaterial zeigte weder im polaren noch im apolaren Extrakt lokale Gewebereaktionen und wird in die Kategorie *nicht irritierend* eingestuft.

**BMP Labor für medizinische Materialprüfung GmbH  
Pauwelsstr. 19  
52074 Aachen**

**Datum: 16. Januar 2010**

**Dr.-Ing. Ute Müller**  
Prüflaborleiter Biologische  
Verträglichkeitsprüfung



**Akkreditiert durch**  
Zentralstelle der Länder  
für Gesundheitsschutz  
bei Arzneimitteln  
und Medizinprodukten  
ZLG-P-585.00.08