

Zertifikat Biokompatibilität

Testmaterial: Patientenarmband „ThermoComfortPLUS“

Auftraggeber: Diagramm Halbach GmbH & Co. KG
Am Winkelstück 14
58239 Schwerte

Methoden: Die folgenden Untersuchungen zur Prüfung auf biologische Verträglichkeit wurden auf der Basis der DIN EN ISO 10993-1:2010, DIN EN ISO 10993-5:2009 und DIN EN ISO 10993-12:2012 durchgeführt:

Zytotoxizität


XTT-Test nach Kontakt mit Extrakten

Bericht: B0139/14

Ergebnis: Das Testmaterial zeigte keinen Hinweis auf einen relevanten zytotoxischen Effekt beim Parameter Mitochondrienaktivität.

**BMP Labor für medizinische Materialprüfung GmbH
Pauwelsstr. 19
52074 Aachen**

Datum: 21. Juli 2014



**Dr.-Ing. Ute Müller
Prüflaborleiterin**



Akkreditiert durch
Zentralstelle der Länder
für Gesundheitsschutz
bei Arzneimitteln
und Medizinprodukten
ZLG-P-585.00.08